stomdevice

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 мая 2011 года № ФСЗ 2011/09477

На медицинское изделие
Устройство для разогрева и плавления воска, варианты исполнений: Vario E, Waxprofi, Hotty, Hotty Led с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Ренферт ГмбХ", Германия,
Renfert GmbH, 78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany

Производитель
"Ренферт ГмбХ", Германия,
Renfert GmbH, 78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany

Место производства медицинского изделия
78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany

Номер регистрационного досье **№ 12407 от 12.04.2011**

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5220**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 25 мая 2011 года № 3071-Пр/11
и приказом от 06 апреля 2016 года № 2802 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0018333

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 мая 2011 года **№ ФСЗ 2011/09477**

На медицинское изделие
Устройство для разогрева и плавления воска, варианты исполнений: Vario E, Waxprofi, Hotty, Hotty Led с принадлежностями:
Принадлежности к устройству для разогрева и плавления воска исполнения Vario E:
1. Крышка RAL 7035/Lid RAL 7035.
2. Термопредохранитель 1452/Thermofuse 1452.
3.Кабель силовой 230 В/ Power cord (230 V).
4. Переключатель двухполюсный /Single-throw double-pole switch.
5. Комплект изоляции Vario E 1452/Isolation Set Vario E 1452:
- изоляция наверху Vario E 1452;
- изоляция внизу Vario E 1452.
6. Плата печатная 1452 (230 В)/Printed boards 1452 (230V).
7. Ярлык передний 1452/Front label 1452.
8. Паста термокондуктивная без силикона/Thermoconducting paste siliconfree.
9. Ножки резиновые /Rubber bases.
10. Блок контроля температуры/Thermo sensing device complete.
Принадлежности к устройству для разогрева и плавления воска исполнения Waxprofi:
1. Крышка RAL 7035/ Lid RAL 7035.
2. Термопредохранитель /Thermofuse.
3. Кабель силовой 230 В/Power cord (230 V).
4. Переключатель двухполюсный/Single-throw double-pole switch.
5. Комплект изоляции Waxprofi 1440/Isolation Set Waxprofi 1440:
- изоляция наверху Waxprofi 1440;
- изоляция внизу Waxprofi 1440.
6. Плата печатная 1440 (230 В)/Printed boards 1440 (230V).
7. Ярлык передний 1440/Front label 1440.
8. Паста термокондуктивная без силикона /Thermoconducting paste siliconfree.
9. Комплект изоляции "В" Waxprofi 1440 / Isolation Set from "B" Waxprofi 1440:
- изоляция наверху Waxprofi 1440;
- изоляция внизу Waxprofi 1440.
10. Кабель силовой 230 В/Power cord 230V 1440.0000.
11. Ножки резиновые /Rubber bases.
12. Блок контроля температуры/Thermo sensing device complete.

Приказом от 06 апреля 2016 года № 2802 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0018707

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 мая 2011 года **№ ФСЗ 2011/09477**

Принадлежности к устройству для разогрева и плавления воска исполнения Hotty:
1. Ножки резиновые /Rubber bases.
2. Крышка /Надписи голубого цвета/ Lid / Blue print.
3.Термопредохранитель /Thermofuse.
4. Комплект изоляции Hotty1457+1460/Isolation Set Hotty1457+1460:
- изоляция I Hotty;
- изоляция II круглая.
5. Плата печатная 1460 (230В)/Printed boards 1460 (230V).
6. Ярлык передний 1460/Front label 1460.
7. Переключатель двухполюсный/Single-throw double-pole switch.
8. Кабель силовой 230 В/Power cord (230 V).
9. Паста термокондуктивная без силикона/ Thermoconducting paste siliconfree.
10. Блок контроля температуры/Thermo sensing device complete.

Принадлежности к устройству для разогрева и плавления воска исполнения Hotty LED:
1. Ножки резиновые / Rubber bases.
2. Крышка Hotty/ Blue print.
3. Блок контроля температуры/Thermo sensing device complete.
4. Плата печатная 1461(230В)/Printed boards 1461(230V).
5. Переключатель двухполюсный/Single-throw double-pole switch.
6. Кабель силовой 230 В/Power cord (230 V).
7. Паста термокондуктивная без силикона/Thermoconducting paste siliconfree.
8. Комплект изоляции Hotty 1457+1460/ Isolation Set Hotty 1457+1460
- изоляция I Hotty;
- изоляция II круглая.
9.Термопредохранитель/ Thermofuse.
10. Ярлык передний 1461/Front label 1461.

Приказом от 06 апреля 2016 года № 2802 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0018708

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ