stomdevice

silfradent®

Пароструйный аппарат серии «EVOLUTION» модель EV1



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за предпочтение, оказанное продукции Silfradent.

Данный пароструйный аппарат соответствует Европейской Директиве 89/32/CEE и последующим модификациям.

Аппарат был разработан высококвалифицированными и опытными специалистами.

Прибор соответствует высоким стандартам качества, что характерно для всех приборов компании Silfradent.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора и следуйте всем рекомендациям.

В данной инструкции описывается правильная установка и эксплуатация прибора.

В данной инструкции не приведены работы по ремонту, настройке и обслуживанию, к выполнению которых допускаются только сертифицированные специалисты.

Инструкцию необходимо хранить в течение всего срока эксплуатации прибора.

Внимание! **Обратите внимание на этикетку, расположенную на задней панели прибора. Гарантия на прибор действительна только при наличии этой этикетки.**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8

Модель	EV1
Напряжение	220 В+/- 10 %
Частота	50/60 Гц
Максимальная мощность	1600 Вт
Предохранитель	10 А
Давление	4,5 атмосфер
Нагревание	Около 20 мин.
Вместимость бойлера	Около 3 литров
Крышка	5,5 атмосфер
Термостат	170°C
Максимальная температура бойлера	150°C
Размеры	350x250x190 мм (длина-ширина-высота)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Необходимо каждые три месяца чистить аппарат (можно и чаще, если есть необходимость). Для этого нужно:

1. Отключите от сети питания аппарат, и подождите, пока он не охладится.
2. Наполните бойлер дистиллированной водой на 75%.
3. Добавьте 50 мл очистительной жидкости в бойлер с водой.
4. Закройте крышкой, подключите к сети питания и прокипятить в течение пятнадцати минут.
5. Отключите от сети питания.
6. Снимите крышку пароструйного аппарата, и промойте под струей воды.
7. Замените резиновую прокладку на крышке пароструя.
8. Наполните бойлер дистиллированной водой.

Внимание! **Очистительная жидкость предназначена только для наружного применения. Не глотать. Не допускать попадания в глаза и на кожу. Беречь от детей. Нельзя смешивать данную жидкость с другими химическими реагентами. При использовании жидкости надеть защитные очки и резиновые перчатки. Использовать только по назначению.**

Если Вы не пользуетесь аппаратом в течение длительного времени, то его необходимо хранить в сухом, защищённом месте.
Для того чтобы избежать загрязнений и влажности аппарата, его нужно накрывать.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2

Прибор не требует каких-либо особых условий эксплуатации.
Наружные части прибора устойчивы к воздействию коррозии.
Если Вы не планируете использовать прибор в ближайшее время, необходимо хранить его в сухом и закрытом месте.
Прибор необходимо накрывать соответствующей тканью, чтобы защитить от пыли и влажности.

Внимание! **Аппарат должен применяться в соответствии с инструкциями данного руководства.**
При нарушении правил эксплуатации или технического обслуживания аппарата фирма-производитель не несет ответственность за повреждения и поломки прибора.

Получая прибор, убедитесь в сохранности его упаковки.
Вскройте упаковку и убедитесь, что:
- оборудование комплектно
- нет видимых повреждений оборудования.

В случае обнаружения повреждений или некомплектности аппарата следует немедленно сообщить об этом компании, осуществляющей доставку, и дистрибьютору стоматологического оборудования.
Распакуйте все составляющие прибора.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3

- пароструйный аппарат
- руководство по эксплуатации
- резервуар для воды
- гарантийный талон

Внимание! **Аппарат предназначен только для профессионального использования в сфере стоматологии. Прибор должен эксплуатироваться квалифицированным и компетентным оператором. Необходимо принять все меры безопасности, учитывая, что прибор рассчитан на напряжение сети 220 В.**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Пароструйный аппарат EV1 – результат исследований в области современного стоматологического оборудования и ведущих электромеханических и электронных достижений.
Прибор быстро и эффективно выполняет все типы очистки: чистку металлических изделий, боров, и удаляет все загрязнения и отложения.

Составляющие части:

- бойлер
- манометр
- индикатор уровня воды (загорается при недостатке воды)
- индикатор давления (загорается при предварительном нагревании)
- выключатель ON/OFF
- мобильный спрей-пистолет с кнопкой низкого напряжения и регулировкой подачи пара
- крышка безопасности (5 атмосфер)
- термостат для проверки сопротивления
- регулятор подачи пара с электроклапаном.

Внимание! **Не оставляйте составляющие прибора без надзора или в месте, доступном для детей.**

5

5. УСТАНОВКА ПРИБОРА

Поместите прибор на легко доступной и устойчивой поверхности.
Открутите верхнюю крышку и залейте около 3 литров дистиллированной воды, пока вода не достигнет края.
Подключите кабель питания к розетке с заземлением, 220 В.

Внимание! **Используйте только дистиллированную воду. Электропроводка обязательно должна иметь соответствующее заземление.**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА EV1

6

После подключения кабеля в розетку электрического питания можно включить выключатель, расположенный на передней панели прибора. Загорится зеленый индикатор предварительного нагревания. Давление начнет подниматься до 4,5 атмосфер. На данном этапе индикатор предварительного нагревания выключится.

Во время работы прибора нельзя снимать крышку и наливать воду, так как внутри бойлера начинает вырабатываться давление, необходимое для создания пара.

Внимание! Пар опасен для пользователя.

При недостатке воды загорается индикатор (красным светом). Необходимо выключить прибор и подождать, пока стрелка манометра не упадет до “0” отметки.

Теперь можно нажать на *кнопку сброса пара.* Подождите, пока пар не перестанет выходить. После этого прибор можно снова наполнять водой.

Прибор можно использовать при помощи пистолета, на котором расположены два выключателя.
Белая кнопка предназначена для минимальной подачи пара.
Зеленая кнопка – для максимальной подачи пара.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ