stomdevice

silfradent®

Аппарат пароструйный
EVOLUTION EV1 SJ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за предпочтение, оказанное продукции Silfradent.

Данный пароструйный аппарат соответствует Европейской Директиве 89/32/CEE и последующим ее редакциям.

Аппарат был разработан высококвалифицированными и опытными специалистами.

Аппарат соответствует высоким стандартам качества, что характерно для всех приборов компании Silfradent.

Просьба внимательно ознакомиться с инструкцией перед эксплуатацией аппарата и следовать всем указанным рекомендациям.

В данной инструкции описывается правильная установка и эксплуатация аппарата.

В данной инструкции не приведены работы по ремонту, настройке и обслуживанию, к выполнению которых допускаются только сертифицированные специалисты.

Инструкцию необходимо хранить в течение всего срока эксплуатации аппарата.

Внимание! Обратите внимание на этикетку, расположенную на задней панели устройства. Гарантия на аппарат действительна только при наличии этой этикетки.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат не требует каких-либо особых условий эксплуатации.
Наружные части аппарата устойчивы к воздействию коррозии.
Если Вы не планируете использовать устройство в ближайшее время, необходимо хранить его в сухом и закрытом месте.
Чтобы защитить аппарат от воздействия загрязнений и влажности, следует хранить его накрытым тканью.

Внимание! Аппарат должен применяться в соответствии с инструкциями настоящей инструкции.
При нарушении правил эксплуатации или технического обслуживания аппарата фирма-производитель не несет ответственность за его повреждения и/или поломки.

Получая аппарат, убедитесь в сохранности его упаковки.
Вскройте упаковку и убедитесь, что:
- оборудование комплектно
- отсутствуют видимые повреждения оборудования.

В случае обнаружения повреждений или некомплектности аппарата следует немедленно сообщить об этом компании, осуществляющей доставку, и дистрибьютору стоматологического оборудования.
Распакуйте все составляющие аппарата.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- аппарат пароструйный
- руководство по эксплуатации
- резервуар для воды
- гарантийный талон

Внимание! Аппарат предназначен только для профессионального использования в сфере стоматологии. Аппарат должен эксплуатироваться квалифицированным и компетентным оператором. Необходимо обеспечить соблюдение всех соответствующих мер безопасности с учетом того, что аппарат рассчитан на напряжение сети 220 В.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Пароструйный аппарат EV1 SJ представляет собой результат исследований в области современного стоматологического оборудования и ведущих электромеханических и электронных достижений.
Устройство быстро и эффективно выполняет все типы очистки: чистку металлических изделий, боров, а также удаляет все загрязнения и отложения.

Состав:

- бойлер из нержавеющей стали (общий объем бойлера 4 л, максимально допустимое количество заливаемой дистиллированной воды – 3 л);
- манометр;
- индикатор недостаточного количества воды (красный);
- индикатор предварительного нагрева (зеленый);
- сетевой выключатель;
- регулятор подачи пара с электроклапаном;
- мобильный пистолет-распылитель с низковольтной кнопкой включения подачи пара;
- защитная крышка (7 бар);
- контрольный термостат.

Внимание! Запрещается оставлять составляющие устройства без надзора или в доступном для детей месте.

5. УСТАНОВКА

Установите аппарат на устойчивую поверхность в легкодоступном месте. Открутите верхнюю крышку и залейте около 3 литров дистиллированной воды.
Подключите кабель питания к розетке с заземлением 220 В.

Внимание! Разрешается использовать только дистиллированную воду. Электропроводка должна обязательно иметь соответствующее заземление.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После подключения кабеля питания к сети электрического питания, включите выключатель, расположенный на передней панели блока управления. Загорится зеленый индикатор предварительного нагрева. Давление в бойлере начнет расти. При достижении 4,5 бар зеленый индикатор предварительного нагрева выключится.

Во время работы аппарата нельзя снимать крышку и доливать воду, так как внутри бойлера создается пар под высоким давлением.

Внимание! Пар может быть опасен для пользователя и находящихся поблизости людей.

При недостатке воды загорается красный индикатор и включается звуковой сигнал. Аппарат при этом автоматически отключается. Подождите, пока манометр не покажет, что давление пара в бойлере соответствует “0”.

После этого нажмите на кнопку сброса пара, подождите, пока пар не перестанет выходить. После этого откройте верхнюю защитную крышку, чтобы наполнить бойлер водой.

Струю пара можно получить, нажав белую кнопку на пистолете. Мощность струи пара регулируется рукояткой на передней панели блока управления.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

7. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очистку аппарата необходимо проводить каждые три месяца (при необходимости можно выполнять очистку чаще). Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Отключите аппарат от сети питания и дождитесь, пока он полностью остынет.
2. Медленно спустите оставшееся в аппарате давление и осторожно снимите крышку.
3. Наполните бойлер дистиллированной водой примерно на 75%.
4. Добавьте 50 мл очистительной жидкости в бойлер с водой.
5. Закройте крышку, подключите к сети питания и прокипятите в течение пятнадцати минут.
6. Направьте носик пистолета вниз и нажмите на кнопку подачи пара.
7. Отключите аппарат от сети питания и оставьте его остывать на ночь.
8. Соблюдая осторожность, поместите аппарат над раковиной, открутите крышку слива, расположенную на днище аппарата.
9. Снимите крышку пароструйного аппарата и промойте аппарат под струей воды в течение 2 – 3 минут. Затем установите крышку слива на место.
10. Наполните бойлер дистиллированной водой
11. Замените резиновую прокладку на крышке аппарата.

Внимание! Очистительная жидкость предназначена только для наружного применения. Не глотать. Не допускать попадания в глаза и на кожу. Беречь от детей. Запрещается смешивать данную жидкость с другими химическими реагентами. При использовании жидкости надеть защитные очки и резиновые перчатки. Использовать только по назначению.

Если аппарат не используется в течение длительного времени, его необходимо хранить в сухом, защищённом месте.
Чтобы защитить аппарат от воздействия загрязнений и влажности, следует хранить его накрытым тканью.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В+/- 10 %
Частота	50/60 Гц
Максимальная мощность	1400 Вт
Предохранитель	10 А
Рабочее давление	4,5 бар
Время нагрева	~ 20 мин.
Вместимость бойлера	~ 3 литров
Крышка безопасности	7 бар
Термостат	160°C
Максимальная температура в бойлере	150°C
Размеры	350 x 250 x 190 мм (длина-ширина-высота)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ