stomdevice

silfradent®

Инструкция по эксплуатации вакуумного смесителя для гипса



TORNADO

804 - 804S

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СОДЕРЖАНИЕ

Производитель прибора 3
1. Введение 4
2. Цели и задачи руководства по эксплуатации 4
3. Условия эксплуатации 5
4. Содержимое упаковки 6
5. Описание прибора 6
6. Установка прибора 7
7. Эксплуатация прибора 7
8. Технические характеристики 8



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИБОРА

Silfradent
Via G. Di Vittirio, 35-37
47018 S. Sofia (Forli) Italia
tel. +39 543 970684
fax +39 543 970770

Внимание! Обратите внимание на этикетку, расположенную на задней панели прибора. Гарантия на прибор действительна только при наличии этой этикетки. При порче этой этикетки сразу же запрашивайте дилера о получении копии.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за предпочтение, оказанное продукции Silfradent.

Данный вакуумный смеситель соответствует Европейской Директиве 89/32/CEE и последующим модификациям.

Аппарат был разработан высококвалифицированными и опытными специалистами.

Прибор соответствует высоким стандартам качества, что характерно для всех приборов компании Silfradent.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора и следуйте всем рекомендациям.

2

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В данной инструкции описывается правильная установка и эксплуатация прибора.

Инструкцию необходимо хранить в течение всего срока эксплуатации прибора.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор не требует каких-либо особых условий эксплуатации.
Наружные части прибора устойчивы к воздействию коррозии.
Если Вы не планируете использовать прибор в ближайшее время, необходимо хранить его в сухом и закрытом месте.
Прибор необходимо накрывать соответствующей тканью, чтобы защитить от пыли и влажности.

Внимание! Аппарат должен применяться только в соответствии с инструкциями данного руководства.

При нарушении правил эксплуатации или технического обслуживания аппарата фирма-производитель не несет ответственность за повреждения и поломки прибора.

Получая прибор, убедитесь в сохранности его упаковки.
Вскройте упаковку и убедитесь, что:

- оборудование комплектно
- нет видимых повреждений оборудования.

В случае обнаружения повреждений или некомплектности аппарата следует немедленно сообщить об этом компании, осуществляющей доставку, и дистрибьютору стоматологического оборудования.
Распакуйте все составляющие прибора.

Внимание! В данное руководство могут быть внесены изменения без предварительного уведомления покупателей.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4

4. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- средняя емкость замешивания с крышкой и шпателем – 250 см^3 (код №804TAZ500);
- маленькая емкость с крышкой и шпателем – 90 см^3 (код №804TAZ200);
- гибкая трубка 8x6 – Mt2;
- инструкция;
- гарантийный талон.

При специальном запросе компания Silfradent может поставлять смеситель с большой емкостью для замешивания №804TAZ1000.



Вакуумный смеситель предназначен только для профессионального использования в зуботехнической лаборатории.



Никогда не пытайтесь остановить работу мотора вручную или при помощи каких-либо инструментов!

5

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор TORNADO предназначен для смешивания гипса и силикона. Это результат исследований в области современного стоматологического оборудования и ведущих электромеханических и электронных достижений.
Прибор состоит из вибростола, вертикального суппорта с контрольной панелью и крепления для емкости.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

6. УСТАНОВКА ПРИБОРА

6

Прибор следует установить на ровную и устойчивую поверхность.
Подключите кабель питания к трехканальному разъему на боковой панели прибора.
Подключите воздушную трубку к соответствующему компрессору.
Затем подключите смеситель к сети. Электрический провод должен свободно доходить до розетки (убедитесь в соответствии технических характеристик кабеля и сети).
Рекомендуется использовать круглую муфту для коннектора, чтобы избежать неплотного соединения.
Розетка должна иметь соответствующее заземление.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

7

При первом использовании давление воздуха нужно отрегулировать кнопкой, расположенной в нижней части цифровой (верхней) панели управления.

Для достижения вакуума 50-60 мм водного столба рекомендуется выставлять давление 3-4 бар.

Прибор включается нажатием на зеленую кнопку POWER, расположенную слева на верхней панели управления (при помощи электрического клапана поток воздуха подается в вакуумную систему, в результате создается вакуум). Таким образом, емкость для замешивания, закрытая крышкой, фиксируется благодаря вакууму.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7

Слегка попробуйте повернуть емкость вправо и влево, чтобы установить лучшую позицию. Стрелка манометра указывает на величину давления.
Время смешивания выставляется при помощи 2-х кнопок, расположенных около таймера (максимально возможное врем 9 минут 59 секунд).
При нажатии на белую кнопку MIXING/ЗАМЕШИВАНИЕ, шпатель приводится в действие.
Установленное время замешивания будет постепенно уменьшаться.
При показаниях таймера 0.00 работа закончена.
Отключите прибор, нажав на кнопку POWER, и отсоедините емкость.

Вибростолик приводится в действие нажатием на кнопку POWER, расположенную на нижней контрольной панели. Степень колебаний регулируется переключателем VIBRATION, также расположенном на нижней панели.

8

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение		– 230 В
Частота		– 50/60 Гц
Мощность		– 220 Ватт
Сила тока		– 2 А
Скорость вращения смесителя		– 425 об./мин.
Размеры	(мод. 804)	– 27 x 25,5 x 51 см
	(мод. 804S)	– 23,5 x 25,5 x 20 см
Вес	(мод. 804)	– 15 кг
	(мод. 804S)	– 9 кг

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ