stomdevice

С П А Р К - Д О Н , Л Т Д

г.Волгодонск

УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ К ЭЛЕКТРОПЕЧИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА УНИТЕРМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СП 0081.00.00.000РЭ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Устройство принудительной вентиляции (в дальнейшем устройство) предназначено для отвода газов, образующихся при выплавлении и выжигании воска и предварительном нагреве кювет в электропечах стоматологических Унитерм и применяется в комплекте с этими печами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Питание от однофазной сети 220(+22 / -22)В частотой 50 Гц.

2.2. Номинальная потребляемая мощность 50 Вт.

2.3. Режим работы-продолжительный

2.4. Температура окружающей среды .....15...35°С

2.5. Относительная влажность воздуха до 90% при +20°С

2.6. Габариты, мм:

-длина.....400

-ширина.....122

-высота.....152

2.7. Масса, кг, не более 3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Устройство принудительной вентиляции .....1шт.

3.2. Руководство по эксплуатации.....1экз.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Запрещается:

- пользоваться устройством в разобранном виде;
- допускать попадание влаги в устройство;
- вводить какие-либо предметы в устройство;
- подвергать устройство механическим ударам.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

5.1. Устройство устанавливается на электропечь Унитерм так, чтобы патрубок 3 (рис.1) устройства был насажен на трубу электропечи, как показано на рис.1




Рис.1. 1-электропечь Унитерм; 2- устройство принудительной вентиляции; 3- патрубок устройства
4- кабель питания устройства

5.2. Подключите кабель питания устройства к специальной розетке, которая установлена на задней стенке электропечи.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Устройство работает под управлением программы электропечи Унитерм.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

7.1. Поставщик гарантирует соответствие устройства требованиям на него при условии соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных настоящим Паспортом.

7.2. Гарантийный срок устанавливается 1 год со дня продажи установки потребителю. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью торговой организации, срок гарантии исчисляется с даты выпуска установки.

7.3. Гарантийный срок хранения на складе потребителя - 6 месяцев в упаковке изготовителя.

7.4. Поставщик гарантирует безвозмездное устранение дефектов и замену деталей, пришедших в негодность в течении гарантийного срока, при условии выполнения потребителем правил эксплуатации и хранения устройства установленных настоящим Руководством.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство принудительной вентиляции заводской № _____соответствует техническим требованиям на него и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____ М.П.
Подпись лица ответственного
за приемку_____

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации_____
_____

Дата продажи _____
Подпись лица ответственного М.П.
за продажу_____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ