
GUANGDONG HARMONIC MEDICAL CO., LTD

ADD: The Third Floor A, Building Nan, No. 9 of North Park East
Road, Shishan Town, Nanhai District, 528225 Foshan,
Guangdong, P. R. China


Инструкция по установке стоматологического бесщеточного электрического мотора Mercury Star 800EM

Ниже приведены важные указания по установке электромотора с сенсорным дисплеем, прочитайте их перед монтажом мотора!


Переведите все 4 тумблера вниз перед установкой





Не соединяйте клемму DC32V с клеммой AC24V, это может повредить плату.



Соедините DC32V с DC32V.









Убедитесь, что соединены две положительные клеммы, если положительную клемму соединить с отрицательной, подачи электричества не будет, индикатор питания на плате не будет гореть.

Здесь главная плата без питания.





Здесь питание подается на плату.



Подключите воздушную трубку сюда.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ