UPCERA

UPCERA MARS PMB 100

Печь для обжига керамики модель A7+



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



- Двухслойная металлическая защита камеры
- Вакуумная технология
- Режим подъема платформы печи
- Настройка предупреждений об ошибках
- Двухэтапная настройка программ спекания для удовлетворения любых требований клиента
- Температурная компенсация
- Вакуумное тестирование, очистка, сушка и другие процедуры технического обслуживания
- Годовая гарантия на нагревательный элемент печи.

Преимущества

- Возможность изменить конструкцию печи для повышения эффективности изоляции, это позволяет поддерживать и сохранять нагревательный элемент печи.
- Двухслойная металлическая защита камеры печи, двухслойная металлическая прослойка с независимым вакуумным трактом для лучшей теплоизоляции.
- Нагревательный элемент печи защищен кварцевой трубкой, чтобы продлить срок службы и сделать ее максимально эффективной. Максимальная температура загрузки камеры печи составляет 1150°C.

Технические характеристики

Габариты	33*42*56см
Вес	26.5кг
Напряжение	220В/50Гц ±10%
Степень нагрева	10~100°C
Максимальное входное напряжение	1120 Вт+350 Вт
Максимальная рабочая температура	1150°C
Степень предельного вакуума	<30 мм рт.ст.
Постоянное температурное время	00:30~30:00 мин
Размеры камеры печи	85*55 мм
Водонепроницаемый уровень	Ipx1
Предохранители	Предохранитель 1: 3.0A Предохранитель 2: 8.0A

Shenzhen Upcera Dental Technology CO., Ltd.
Tel: +86-755-8882-0818 E-mail: sales@upcera.com
www.upcera-dental.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

UPCERA

Комплектация

Печь модель A7+ поставляется в комплекте с вакуумным насосом модель 550D
Упакована в 2 картонные коробки.

1-коробка:

- 1 печь модель A7+
- 1 обжиговый цоколь
- 1 электрический сетевой кабель
- 1 инструкция



2-коробка:

- Вакуумный насос модель 550D
- 1 соединительный кабель для подключения к вакуумному насосу
- 1 вакуумный шланг

Вакуумный насос модель 550D



- Электрическое подключение : 230/240 Вольт, 50/60Гц, 115 Вольт, 50/60 Гц или 100 Вольт, 50/60Гц.
- Мощность: макс 200Вт
- Конечный вакуум: < 960 mbar
- Размеры / вес: 270 x 200 x 130 мм
- Вес: ок. 10.5 кг

Сила тока: 2.55A
Температура защиты: 130°C
Впускной штуцер: 2 шт
Вакуумная эффективность (Бар): 0-0.8
Степень вакуума: 1 поток – 0.089мПа,
2 поток – 0.098мПа
Диаметр трубки: 5*8 мм
Производитель: Taizhou Fujiwara Hardware Tools Co., Ltd.., Китай

Shenzhen Upcera Dental Technology CO., Ltd.
Tel:+86-755-8882-0818 E-mail: sales@upcera.com
www.upcera-dental.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Использование согласно назначению

Назначение и основые характеристики устройства

Печь A7+ оснащена электронным управлением и программами для всех видов обжига стоматологической керамики.

Недопустимые способы эксплуатации

Не допускается работа прибора с источниками энергии, продукцией и т.п., для которых существуют особые предписания по безопасности или которые могут оказать негативное воздействие на здоровье обслуживающего персонала, а также с приспособлениями, измененными пользователем.

Использование по назначению

Эксплуатация печи допустима, если пользователи полностью ознакомлены с инструкцией, поняли ее и соблюдают ее. Все выходящие за рамки инструкции действия по эксплуатации прибора, как например, применение несоответствующих материалов, опасных веществ, считаются недопустимым. За возникший в связи с этим ущерб производитель/ поставщик не несет ответственности. Риск несет исключительно пользователь.

Установка и ввод в эксплуатацию

• Прибор должен размещаться в сухом и отапливаемом помещении при соблюдении расстояния от ближайшей стены не менее 25 см
• При температурах ниже 15 °C
• Прибор необходимо устанавливать на термостойкую поверхность.
• Избегать попадение прямых солнечных лучей на прибор.
• Не располагать легко воспламеняющиеся предметы вблизи прибора.
• Устанавливать прибор таким образом, чтобы манипуляции с главным выключателем и штепселем на кабеле не были затруднены.

• Подключить вакуумный насос и шланг к соответствующим портам на приборе.
• Включить прибор в электросеть с помощью входящего в комплект электрокабеля.
• При включении прибора лифт автоматически опускается вниз.
• Протереть столик лифта и уплотнитель столика лифта.
• Установить обжиговый цоколь на столик лифта.



Shenzhen Upcera Dental Technology CO., Ltd.
Tel: +86-755-8882-0818 E-mail: sales@upcera.com
www.upcera-dental.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ