stomdevice

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ВАТЕК КОРП."

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 117246, проезд Научный, дом 17, строение 1-2, основной государственный регистрационный номер: 1157746729007, номер телефона: +74959679044, адрес электронной почты: reg1@vatechrussia.com

в лице Генерального директора Ким Хёнхи

заявляет, что Технические средства, не бытового назначения: Аппарат радиовизиографический, используемый в ветеринарии EzSensor VET HD, торговая марка: Rayence, модель: IOS-U20VF, IOS-U15VF, IOS-U10VF

изготовитель "Rayence Co., Ltd." ("Рэйенс Ко., Лтд."). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, (14, Самсунг 1-ро 1-гил, Хвасон-си, Кёнгидо), Республика Корея.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9022140000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ЮК/09.2020 - 1006 от 11.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, эксплуатационных документов (руководства по эксплуатации, паспорта), перечня стандартов, указанных в статье 6 ТР ТС 020/2011, в результате применения которых на добровольной основе выполняется соблюдение требований ТР ТС 020/2011.
Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний ", разделы 5 и 7 ; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний ", раздел 5. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации .

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.09.2021 включительно

М.П. (подпись) Ким Хёнхи (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-KR.HB27.B.15656/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.09.2020

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ