stomdevice

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 сентября 2020 года № РЗН 2020/11970

На медицинское изделие
Компрессор медицинский Vi Air по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Виталия" (ООО "ТПК "Виталия"), Россия, 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3А, литер 9

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Виталия" (ООО "ТПК "Виталия"), Россия, 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3А, литер 9

Место производства медицинского изделия
ООО "ТПК "Виталия", Россия, 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3А

Номер регистрационного досье **№ РД-31542/11328 от 25.02.2020**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.11.000**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 18 сентября 2020 года № 8511
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0051465

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 сентября 2020 года № РЗН 2020/11970

На медицинское изделие
Компрессор медицинский Vi Air по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019,
в вариантах исполнения:
1. Vi Air 1, в составе:
1.1. Агрегат компрессора, одноцилиндровый
1.2. Воздухосборник (ресивер), объем 30 л.
1.3. Спускной клапан.
1.4. Редуктор.
1.5. Предохранительный клапан.
1.6. Реле давления.
1.7. Кожух шумопоглащающий.
1.8. Руководство по эксплуатации.
1.9. Паспорт.
2. Vi Air 2, в составе:
2.1. Агрегат компрессора, двухцилиндровый.
2.2. Воздухосборник (ресивер), объем 30 л.
2.3. Спускной клапан.
2.4. Редуктор.
2.5. Предохранительный клапан.
2.6. Реле давления.
2.7. Кожух шумопоглащающий.
2.8. Руководство по эксплуатации.
2.9. Паспорт.
3. Vi Air 3, в составе:
3.1. Агрегат компрессора, двухцилиндровый.
3.2. Воздухосборник (ресивер), объем 30 л.
3.3. Спускной клапан.
3.4. Редуктор.
3.5. Предохранительный клапан.
3.6. Реле давления.
3.7. Осушитель воздуха.
3.8. Кожух шумопоглащающий.
3.9. Руководство по эксплуатации.
3.10. Паспорт.
4. Vi Air 4, в составе:
4.1. Агрегат компрессора, двухцилиндровый - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0074265

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 сентября 2020 года № РЗН 2020/11970

4.2. Воздухосборник (ресивер), объем 100 л.
4.3. Спускной клапан.
4.4. Редуктор.
4.5. Предохранительный клапан.
4.6. Реле давления.
4.7. Осушитель воздуха - 2 шт.
4.8. Кожух шумопоглащающий.
4.9. Руководство по эксплуатации.
4.10. Паспорт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0074264

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ