stomdevice

PEOPLE HAVE PRIORITY

W&H

Краткое руководство к аппарату Proxeo Ultra PB-530

Настоящее краткое руководство НЕ заменяет инструкцию по эксплуатации!

Сопряжение (Pairing) блока ножного управления C-NW с блоком управления PB-530



1. Установите регулятор мощности в положение OFF.
2. Подсоедините кабель к блоку управления и блоку ножного управления.
   > 1. Светодиод попеременно мигает оранжевым/красным светом = не сопряжено.



3. Нажмите функциональную кнопку и удерживайте ее нажатой **5 секунд**.
   > Во время сопряжения непрерывно горит белый светодиод.
   > 1. Светодиод мигает белым светом = сопряжение успешно выполнено.
4. Отсоедините кабель от блока управления и блока ножного управления.

Статус блока ножного управления C-NW

Светодиод блока ножного управления





Блок ножного управления пытается установить соединение с сопряженным медицинским изделием.



Аккумулятор разряжен
> Зарядите аккумулятор.




Соединение с сопряженным медицинским изделием установлено.



Аккумулятор заряжается

Аккумулятор блока ножного управления разряжен



Если мощность настроена



Если мощность установлена на 0

Зарядка блока ножного управления

Подсоедините кабель к блоку управления и блоку ножного управления.



Регулятор мощности в положении OFF:
состояние аккумулятора в течение 5 секунд отображается на светодиодном индикаторе.


Запрос состояния аккумулятора во время зарядки посредством одной из опций
> Нажмите блок ножного управления, состояние аккумулятора отобразится на 5 секунд.
> Нажмите функциональную кнопку, состояние аккумулятора отобразится на 5 секунд.
> Отключите зарядный кабель, состояние аккумулятора отобразится на 5 секунд.
> Настройка мощности.

Мощность настроена
Состояние аккумулятора отображается на светодиодном индикаторе.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Краткое руководство к аппарату Proxeo Ultra PB-530


Функция промывки



1. Снимите прямой наконечник с подающего шланга.
2. Настройте мощность (варьируется).
3. Нажимайте функциональную кнопку в течение **1 секунды**.

> Функция промывки активна в течение **30 секунд**, горят синие светодиоды.
> После того как синие светодиоды погаснут, выполнение функции промывки завершается.

Функция очистки



1. Снимите прямой наконечник с подающего шланга.
2. Настройте мощность (варьируется).
3. Нажмите функциональную кнопку и удерживайте ее нажатой **3 секунды**.

> Функция очистки активна в течение **8 минут**, горят синие светодиоды.
> При активной функции очистки насос несколько раз останавливается.
> После того как синие светодиоды погаснут, выполнение функции очистки завершается.

Прерывание функции промывки/очистки

Прерывание функции промывки/очистки посредством одной из опций

> Нажмите блок ножного управления.
> Нажимайте функциональную кнопку в течение 1 секунды.
> Установите регулятор мощности в положение OFF.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

50957 ARU Rev. 000 / 13.08.2020
С правом на изменения

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ