stomdevice

НАГРЕВАТЕЛЬ

AR Heater

руководство пользователя



GUANGXI EHALL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Китай, ROOM 6108, 25-1, KEYUAN ROAD, NANNING, GUANGXI

Внимательно прочтите инструкцию перед применением.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1, Описание продукта:


1 .1、НАГРЕВАТЕЛЬ подходит для нагревания композитных материалов, бранканского агара, гипохлорита натрия. С применением точного управления схемой и импортной нагревательной трубки на нем можно задать любую целочисленную температуру в диапазоне 40-70'C в зависимости от нагреваемого предмета.

1 .2, Примеры материалов и рекомендуемая температура


№	Материал	Рекомендуемая температура ('C）
1	Композит (для пломб)	39
2	Композит (для бондинга)	55
3	Branscan	38
4	Агаровая пленка	Плавление 99; изоляция 60
5	Гипохлорит натрия	60


2, Структура

1-- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ/ УСТАНОВИТЬ
2-- Кнопка увеличения 3-- Кнопка уменьшения 4-- Питание (постоянный ток)
5- Нагревательное отверстие 60 мм
6-Нагревательное отверстие 70 мм
7-Нагревательный блок
8-Подставка
9-Дисплей
10-Дисплей температуры
11-Сигнал температуры/нагревания " "C
• 12-Сигнал настройки " S •



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





3, Описание состояния/режима

3.1 Режим ожидания: на экране отображается " - _ °C•

3.2 Режим нагревания: числовое поле горит постоянно, символ температуры мигает. Если температура достигает заданного значения или выше заданной температуры, числовое поле будет гореть постоянно, символ температуры будет гореть постоянно.

3.3 Настройка режима: числовое поле горит все время ,"S • мигает.

4, Инструкции

4.1 После подключения питания цифровая трубка все время показывает " - _°C.

4.2 После подключения питания нажмите один раз "ON/OFF/SET" Нагреватель переходит в режим нагревания согласно заданной температуре при последнем выключении. Нагревание автоматически остановится по достижении установленной температуры.

4.3 После подключения питания нажмите один раз • + • или " - • для входа в режим установки. Нажав "+•, можно увеличить заданную температуру. Нажимая " - , можно снизить заданную температуру. После установки нажмите один раз "ON/OFF/SET"для перехода в режим нагревания. Нагревание прекратится автоматически по достижении заданной температуры.

Примечание:

В режиме настройки удерживайте нажатым "+ " или • - • чтобы быстро повысить или понизить заданную температуру, можно выбрать любое целое значение в диапазоне 40-70.

– "

4.4 В рабочем состоянии схемы нажмите "ON/OFF" / "SET", она перестанет

работать и перейдет в режим ожидания. Затем нажмите "+

"или "- для перехода в режим настройки.

https://stomdevice.ru/ Стоматологическое оборудование с доставкой по России и СНГ

5, Технические параметры
5.1 Адаптер питания: вход: переменный ток 100-240В 50/60 Гц,
Выход: постоянный ток 15В 2А
5.2 Диапазон температуры нагревания: 40'C~70'C, ± 1 'C
6, Чистка
Нагревательный блок можно протереть или продезинфицировать смоченной в спирте ватой, устройство нельзя погружать в жидкость.

⚠ Примечание
Перед чисткой поверхности нагревательного блока следует отсоединить кабель питания.
Дождитесь, пока блок нагревателя остынет, затем вытирайте.

7, Условия транспортировки и хранения
Продукт следует хранить в вентилируемой, сухой, прохладной среде вдали от источников тепла и коррозионного газа.
Избегать попадания влаги, света и источников тепла при перевозке.

Условия хранения



Давление воздуха



Влажность



Температура

Условия перевозки


Избегать попадания влаги


Защищать от солнца

8、Гарантия
1 год

⚠ Примечание
1. Нагреватель при использовании имеет высокую температуру, не обожгитесь.
2.При использовании не царапайте поверхность нагревательного элемента и блока.