stomdevice

Дата: 13.01.2012

Инструкция по эксплуатации

Название семейства товаров – Зеркало фотографическое

Номер модели и торговое наименование изделия

Модель №	Торговое наименование изделия
13261	Зеркало фотографическое прикусное ST
13262	Зеркало фотографическое языковое ST
13263	Зеркало фотографическое щечное ST
13264	Зеркало фотографическое прикусное ST ширина L
13265	Зеркало фотографическое прикусное ST ширина S
13570	Набор зеркал фотографических
13571	Зеркало фотографическое прикусное
13572	Зеркало фотографическое языковое
13573	Зеркало фотографическое щечное
13576	Зеркало фотографическое прикусное ширина L
13577	Зеркало фотографическое прикусное ширина S
27961	Зеркало фотографическое прикусное новое
27962	Зеркало фотографическое языковое новое
27963	Зеркало фотографическое щечное новое
27964	Зеркало фотографическое прикусное ширина L новое
27965	Зеркало фотографическое прикусное ширина S новое

Предполагаемые характеристики:

Изделие изогнуто, его следует держать за середину. Оба конца отполированы, для того чтобы отображать достаточно количество нерассеянного света и образовывать виртуальное изображение. Оба конца могут использоваться для отображения больших и малых областей, а также правой и левой стороны ротовой полости. Разные модели предназначены для разных условий применения.

Изделие используется в эстетической стоматологии для съемки внутриротовых фотографий в целях осмотра или лечения.

Запрещения:

1. Используйте изделие строго для стоматологической диагностики и лечения.
2. Не используйте изделие в любых других целях, помимо заданных.
3. Прекратите использование изделия, если заметите какие-либо повреждения или неисправности.
4. Не меняйте конструкцию и не переделывайте изделие.
5. Не роняйте изделие. Избегайте любого сильного влияния на изделие.
6. При утилизации изделия следуйте соответствующим подробным государственным нормативам.

Правила техники безопасности.

1. Следование технике безопасности. Правила техники безопасности необходимо соблюдать для обеспечения надлежащего применения изделия.
2. Перед использованием. Перед использованием почистить и продезинфицировать. Также внимательно изучите изделие перед использованием.
3. Использование нержавеющей стали. Нержавеющая сталь более невосприимчива к ржавчине, чем железо, однако и она может подвергнуться ржавчине в зависимости от метода использования и окружающей среды.
4. Падения и запрет на переделывание изделия. Не переделывайте изделие каким бы то ни было способом, например, сгибанием, опиливанием, вырезанием (текста), поскольку подобные изменения могут привести к поломке.
5. Бытовые чистящие средства. Не используйте бытовые чистящие средства, поскольку подобные химические вещества могут привести к коррозии. Для стоматологических инструментов рекомендуется использование антикоррозийных чистящих средств.
6. Сильно-кислая вода. Не используйте сильно-кислую воду, поскольку подобные средства могут вызвать коррозию.
7. Ультразвуковые чистящие средства. Не используйте ультразвуковые чистящие средства, поскольку подобные средства могут повредить зеркальную поверхность.
8. Ненасыщенные химические пары. Не используйте ненасыщенные химические пары (химический автоклав) при работе с изделием, поскольку подобные средства могут вызвать коррозию.
9. Обработка в автоклаве. Изделие способно выдерживать автоклавную обработку до 135° С. Применение температур выше, чем изделие может выдержать, приведет к помутнению поверхности зеркала и более быстрому загрязнению стерилизационного мешочка, поставляемого с изделием.
10. Правила техники безопасности при чистке, дезинфицированию и стерилизации.

* Изделие, загрязненное кровью, физиологическими жидкостями или тканями, требует очистки, дезинфекции и стерилизации в соответствии с инструкцией ниже. Отклонение от следования инструкциям может привести к высыханию и отведению крови, физиологических жидкостей и тканей.

1. При сильном загрязнении выдержите изделие в холодном стерилизационном растворе, состоящем из глутаральдегида 2%.
2. Ополосните водой. При использовании ультразвукового очищения применяйте

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

некоррозийные, нейтральные моющие средства с пониженным пенообразованием.
3. Ополосните водой.
4. Простерилизуйте с помощью стерилизационного автоклава.
* Использования следующих компонентов необходимо избегать, так как они могут вызвать коррозию: Гипохлорит натрия, бензалкония хлорид, бензетония хлорид, повидон-йод, формалин, фенол, хлоргексидина глюконат и перуксусная кислота.
* Строго следуйте инструкциям при дезинфекции холодным раствором. В зависимости от типа, средства могут повлиять на изделие.
* Рекомендуется использовать дистиллированную воду. Водопроводная вода может привести к коррозии изделия.
* Не забывайте о температуре во время сушки изделия с помощью оборудования для тепловой стерилизации (например, автоклава). Применение температур выше, чем изделие может выдержать, может привести к деформации или изменению окраски.
* В случае помутнения зеркальной поверхности из-за налета, протрите ее мягкой тканью, смоченной в хирургическом этаноле или амфотерном поверхностно-активном веществе. Пренебрежение этим приведет к дальнейшему помутнению зеркальной поверхности.
* Перед хранением вытереть насухо. Недостаточная просушка может привести к коррозии или потускнению
* Не применяйте плазменную стерилизацию. Она может привести к коррозии.
12. Не используйте для удаления посторонних веществ стальные инструменты, такие как скребок, стальная мочалка или пилка.

Хранение и срок службы.
Для того чтобы избежать коррозии по причине электролиза, не храните изделие вблизи изделий из других материалов.

- Чтобы избежать коррозии:

1. Не храните изделие вблизи изделий, уже подверженных коррозии.
2. Не храните изделие рядом с химическими веществами
3. Избегайте коррозии оборудования для стерилизации и внутреннего убранства кабинета для хранения.

- Изделие должны хранить и обслуживать профессиональные стоматологи.
- Берегите изделие от высокой температуры и влажности, пыли и грязи, храните изделие в чистых производственных условиях.
- Чистое изделие храните в стерильной и контролируемой среде.

Обращение с изделием:
Обращайтесь с изделием аккуратно, чтобы избежать повреждения зеркальной поверхности.

Мешочки для стерилизации, в значительной степени обесцвеченные и устаревшие, должны быть заменены на новые, так как могут повлиять на зеркальную поверхность.

Уход за изделием и его осмотр.
Уход за изделием и его контроль - прежде всего, обязанность пользователя.
Пользователь должен соблюдать следующее:
Осмотр перед использованием и после использования:
Изделие необходимо осмотреть визуально или с использованием лупы перед и после использования на наличие поломок, трещин, царапин и коррозии. Если что-то из этого присутствует, немедленно прекратите использование изделия.

YDM Корпорейшн
28 Imaizumi, Higashi-Matsuyama0shi
Saitama 355-0042, Yapan
Япония

Эмерго Юроп (Emergo Europe)
Моленштраат 15
2513 BH, Гаага
Нидерланды
Тел. +31 (0)70 345 8570
Факс +31 (0)70 346 7299

Обозначения

Производитель

Уполномоченный представитель

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ