# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**1. Общие положения:** PRECI NT SHUTTLE UVA Прибор для полимеризации ультрафиолетом материалов/энергосберегающий

1.1. Идентификация продукта: Shuttle 2 - артикул 492-9000/230 Вольт, 492-9115/115 Вольт
Shuttle 4 - артикул 494-9000/230 Вольт, 494-9115/115 Вольт

1.2. Комплект поставки: 1 PRECI NT SHUTTLE включает ящик для полимеризации от 1 до 4 моделей за цикл с 2 или 4 люминесцентными лампами по 9 Ватт каждая

1.3. Производитель: Yeti Dentalprodukte

1.4. Технические характеристики:
Напряжение – 220/230 VAC50 HZ
Мощность – 28 W
Плавление (погрешности) - 0,40 А время отставания
Спектральный диапазон UVA 300-400 nm
Процесс полимеризации – 4 минуты 40 секунд
Потребление света – 2/4 люминесцентными лампы по 9 Ватт
Срок действия ламп приблизительно 450 часов

1.5. Уход: Хранить прибор при комнатной температуре. Чистить выключенным и с вынутым шнуром из розетки. Тряпка, смоченная алкоголем может быть использована для чистки полимеризационного ящика .

**2. Использование:** PRECI-light - это прибор только для полимеризации ультрафиолетом. Энергосберегающий и использующий энергию только во время полимеризационного процесса.

**3. Осторожно:**
1. Ящик должен быть задвинут во время полимеризации.
2.Используйте прибор только с закрытым ящиком. Не смотрите прямо на свет, чтобы не повредить глаза.
3. Используйте соответствующее напряжение и защищайте от влажности и воды.
4.Не давайте пользоваться прибором детям или людям без квалификации.

**4. Инструкции:** Вставьте прилагаемые лампы осторожно в отведенные для них патроны. Присоедините силовой провод. Включите белую основную кнопку, которая расположена в верхней части прибора. Акустический сигнал известит о завершении полимеризации. Чтобы активировать прибор для полимеризации положите материал в ящик, задвиньте его и нажмите кнопку на верху прибора. Процедура полимеризации будет автоматически остановлена через 4 минуты 50 секунд. Чтобы прервать полимеризацию, используйте кнопку on/off. Можете наблюдать за процессом через затемненное окно на ящике и красный сигнал лампочки на кнопке «старт». Если полимеризирующийся материал очень толстый выньте модель из гипса, переверните и добавьте еще 20 секунд для полимеризации.

**5. Гарантия:** Срок гарантии – 24 месяца со дня продажи. Гарантия не распространяется на расходные материалы и лампы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ