stomdevice

Zhermack

zeta 7 solution

specific for impressions

concentrated use at 1%

- Bactericidal
- Yeasticidal
- Tuberculocidal
- Virucidal against enveloped viruses



Last Update: 2022-04

U118062-2022-04

1 L | disinfectant for medical devices | www.zhermack.com

Reorder N. REF C810048

LOT

zhermack.com

CE 0123

Zhermack S.p.A. | via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597 611 | www.zhermack.com

Надежный поставщик стоматологического оборудования с доставкой по России и СНГ

EN - Concentrate disinfectant liquid for impressions

stomdevice

Zeta 7 Solution is an aldehyde-free concentrated disinfectant with a wide range of action prepared and tested in compliance with new harmonised European disinfection regulations. Zeta 7 Solution has been designed for high-level, rapid disinfection of impressions (addition and condensation), in silicone, alginate, polyether and polysulphur: the impressions remain unaltered, **have no significant dimensional change and are compatible with plasters.**

COMPOSITION:

100 g of Zeta 7 Solution contains 7.7 g dimethyl-didecyl-ammonium chloride, 15 g phenoxyethanol, non-ionic surfactants, additives, auxiliaries and water to 100 g.

USE:

Immediately after taking the impression, rinse the impression under running water for 30 seconds. Inspect the impression to make sure that all visible contamination has been removed. In case of visible contamination repeat rinsing. Place the impression for 10 minutes in a 1% solution bath of Zeta 7 (use the dispenser cap to measure 10 ml of Zeta 7 Solution to be added to every litre of water). Remove the impression from the bath and rinse it thoroughly. Follow recommended immersion times as suggested. Replace the disinfectant solution every day, and in any case never disinfect more than 40 impressions with the same solution, in the day. Replace solutions immediately if there is visible contamination (blood, saliva or organic tissue) and/or if the colour/odour of the disinfectant solution changes, as this may interfere with its disinfectant action. Unused disinfectant solutions will remain stable for 7 days if stored in a sealed plastic container (HDPE, GPPS, ABS, PP and PMMA) away from light and heat.

RANGE OF ACTION

Efficacy (microorganisms)	**Reference standard**	**Concentration**	**Reaction time (minutes)**
Bactericidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727	1%	10
Yeasticidal (C. albicans)	EN 13624	1%	10
Tuberculocidal (M. terrae)	EN 14348	1%	10
Virucidal against enveloped viruses including HIV, HBV, HCV	EN 14476	1%	10

Included in the VAH list (1% 30': Bactericidal, Yeasticidal)

WARNINGS, PRECAUTIONS AND CONSERVATION CONDITIONS: this product has been designed for use by qualified operators with knowledge of the required safety standards. Use protective gloves. **Operate in a well-ventilated area.** Store the closed container in a cool dry place. Prevent Zeta 7 Solution from coming into contact with other disinfectants or cleaners. Any **slight difference in the perfume is due to the presence of natural fragrances and does not jeopardise quality of the product.**

RU - Концентрированное жидкое средство для дезинфекции оттисков

stomdevice

Zeta 7 Solution - готовое к использованию безальдегидное концентрированное дезинфицирующее средство полного спектра действия, разработанное и испытанное согласно новым единым европейским нормам в области дезинфекции. Zeta 7 Solution рекомендуется для быстрой и эффективной дезинфекции оттисков из силикона (из А- и С-силиконов), альгинатов, полиэфиров и полисульфидов: оттиски не подвергнутся изменению и сохранят свои характеристики стабильности размеров и совместимости с гипсами.

СОСТАВ:

100г Zeta 7 Solution содержат 7.7г диметил-дидейл хлорида аммония, 15г феноксиэтанола, неионные поверхностно-активные средства, добавки, вспомогательные вещества и воду q.b. 100.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Сразу же после выемки оттиска промыть его под проточной водой в течение 30 секунд. Осмотреть оттиск и убедиться, что все видимые загрязнения удалены. При наличии видимых загрязнений повторить промывку. Погрузить оттиск на 10 минут в однопроцентный (1%) раствор Zeta 7 Solution (используйте градуированный мерник флакона для дозировки 10мл Zeta 7 Solution на каждый литр воды). Извлечь оттиск из ванночки и аккуратно высушить его. Рекомендуется придерживаться указанного производителем времени погружения. Ежедневно заменять дезинфицирующий раствор, при этом ни в коем случае не дезинфицировать более 40 оттисков в одном и том же растворе в течение дня. Немедленно заменить раствор при наличии видимых загрязнений (кровь, слюна или органические ткани) и/или при изменении цвета/запаха дезинфицирующего раствора, поскольку это может препятствовать его дезинфицирующему действию. Неиспользованные дезинфицирующие растворы сохраняют стабильность в течение 7 дней при хранении в плотно закрытом пластиковом контейнере (из ПЭВП, полистирола, АБС, ПП и ПММА) вдали от воздействия света и тепла.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

Эффективность (в скобках - по отношению к каким микроорганизмам)	**Применяемый стандарт**	**Концентрация**	**Время действия (в минутах)**
Бактерицидность (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727	1%	10
Противодрожжевой (C. albicans)	EN 13624	1%	10
Туберкулоцидность (M. terrae)	EN 14348	1%	10
Вирулицидное действие против вирусов в оболочке включая ВИЧ, ВГВ, ВГС	EN 14476	1%	10

Продукт включен в список VAH (Ассоциация прикладной гигиены) (1% 30': бактерицидная, противодрожжевая)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Продукт предназначен для использования квалифицированным персоналом, ознакомленным с необходимыми мерами безопасности. Использовать защитные перчатки. **Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.** Хранить продукт тщательно закрытым, на свежем воздухе в сухом месте. Избегать контакта Zeta 7 Spray с другими дезинфицирующими и моющими средствами. Возможное легкое изменение аромата со временем в составе натуральных ароматизаторов и никак не влияет на качество продукта.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ